

Prot. 27969/27.10.2023.

A Tutti gli Operatori Economici del Mercato

Oggetto: Acquisto di consumabili e relativi generatori a flussi laminari focalizzati in comodato d'uso gratuito – Consultazione preliminare di mercato.

La S.O.C- Provveditorato deve avviare una procedura di acquisto per consumabili e relativi generatori a flussi laminari focalizzati in comodato d'uso gratuito per le sale operatorie del blocco operatorio ed in particolare per le sale di NCH, Ortopedia e Chirurgia Vascolare.

La fornitura deve comprendere:

n. 2000 schermi monouso sterili in HePa, annui, indicati per il mantenimento della sterilità al 99,9% del campo operatorio per tutta la durata dell'intervento contro i batteri e microrganismi aerodispersi (compreso Coronavirus-Sars-Cov-2), contrastando la diffusione delle infezioni ospedaliere.

I generatori a flussi laminari focalizzati devono essere almeno 2 in quanto, vista l'attività intensiva chirurgica, è necessario aumentare il livello di sterilità delle sale in modo che ci si avvicini il più possibile al livello ISO 5.

Tali generatori dovrebbero presentare le seguenti caratteristiche:


Generatore di flussi laminari particolarmente indicato il mantenimento della sterilità al 99,9% del campo operatorio per tutta la durata dell'intervento contro i batteri e microrganismi aerodispersi (compreso TBC, Coronavirus Sars-Cov-2), contrastando la diffusione delle infezioni ospedaliere. L'apparecchiatura deve aspirare l'aria circostante e proiettarla purificata sul campo operatorio attraverso schermi monouso in HePa;

L'utilizzo degli schermi monouso deve essere tracciabile fino a 10 anni dall'impiego tramite utilizzo di lettore di codice a barre integrato nell'apparecchio per tutelare l'Azienda (medicina difensiva);

L'apparecchiatura deve essere di ridotte dimensioni e dotata di un tavolo servitore integrato che rende lo strumentario chirurgico vicino al flusso laminare in modo da rimanere sterile per tutta la durata dell'intervento. Il dispositivo mobile deve essere carrellato per un facile spostamento tra le SS.OO;

Rete elettrica comune.

Premesso quanto sopra si chiede agli operatori economici del mercato di conoscere eventuali soluzioni tecnico commerciali già fornite presso altre realtà Sanitarie Ospedaliere, comunicando altresì il tipo di contratto stipulato (service oppure vendita), l'azienda a cui è stato fornito e il corrispettivo.



S.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Direttore Dr. Walter Talerico

Tanto al fine di consentire una mirata ricerca di mercato in condizioni di obiettiva trasparenza e nel rispetto della massima concorrenza.

Quanto sopra da riscontrare agli indirizzi : areabenieservizi@aocz.it e dlaria@aocz.it entro e non oltre il 17/11/2023 ore 13:00, ponendo nell'oggetto l'indicazione acquisti consumabili e relativi generatori a flussi laminari – consultazione preliminare di mercato.

Il Dirigente RUP
Dott. Paolo Tripodi

